

## 正 誤 表

「実戦 TEE（経食道心エコー法）トレーニング（第1刷）」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

| 頁   | 該当箇所        | 誤  | 正   |
|-----|-------------|--|---|
| 163 | 図 2B        | splenic A  | hepatic A   |
| 216 | 本文          | ME LAX で <u>MR は認めない</u> 。3D でも良好な接合が確認できた。                            | ME LAX で <u>前尖表面を這う逆流ジェットを認めるものの</u> 、3D でも良好な接合が確認できた。 |
| 227 | 図 3 右（画像所見） | RCA  | mirroring   |
| 272 | 本文          | 次の画像で見える高輝度陰影は送血管ではなく、 <u>右肺動脈内に</u><br><u>ある SG カテーテルによる多重反射</u> である。 | 次の画像で見える高輝度陰影は送血管ではなく、 <u>後壁の多重反</u><br><u>射</u> である。   |
| 275 | 図 7A        | GW   | SG カテーテル  |

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| <p>277</p> | <p>図 6</p> | <p>図差し替え</p> |
| <p>286</p> | <p>図 8</p> | <p>図差し替え</p> |